



ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลพบุรี
เรื่อง การกำหนดรายการกายอุปกรณ์ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สำหรับ โครงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงกำหนดรายการอุปกรณ์
ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์สำหรับยืมไปใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง (บาท) (เป็นราคาที่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)	หมายเหตุ
๑.	อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน (Walker)	ราคาท้องตลาด	
๒.	ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม (คู่ละ)	๖๕๐	ประกาศ สปสช. พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.	ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา (อันละ)	๖๐๐	
๔.	ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ (อันละ)	๕๐๐	
๕.	ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ (คู่ละ)	๓๕๐	
๖.	รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสม กับความพิการได้ (คันละ)	๖,๖๐๐	
๗.	รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ (คันละ)	๔,๔๐๐	
๘.	เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ (อันละ)	๘๐๐	
๙.	รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ (คันละ)	๖,๐๐๐	
๑๐.	แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม (อันละ)	ราคาท้องตลาด	
๑๑.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ราวสไลด์พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ	ราคาท้องตลาด	
๑๒.	เตียงเฟวัวร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า (เตียงละ)	๔๕,๐๐๐	สำนักงานประมาณ ค.ศ. ๒๕๖๖
๑๓.	เครื่องดูดเสมหะ (เครื่องละ)	๑๑,๘๐๐	
๑๔.	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร (เครื่องละ)	ราคาท้องตลาด	
๑๕.	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร (เครื่องละ)	ราคาท้องตลาด	

โดยมีรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับใช้ใน โครงการให้ยืมอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลพบุรี
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลพบุรี
เรื่อง การกำหนดรายการกายอุปกรณ์ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สำหรับ โครงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑. อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน (Walker)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถนำไปใช้ฝึกเดินฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณลักษณะเฉพาะ

ให้หน่วยงานที่จัดทำโครงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ฯ จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการนี้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๒. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้ แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ไม้ค้ำยันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้น
๒. ส่วนค้ำยันทำจากอลูมิเนียม
๓. ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มม.
๔. มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง
๕. มีลูกยางกันลื่น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๓. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้ แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ไม้ค้ำยันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้น
๒. ส่วนค้ำยันทำจากอลูมิเนียม
๓. ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มม.
๔. มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง
๕. มีลูกยางกันลื่น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 ๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
 ๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 ๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ
-

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๔. ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ไม้เท้าก้านยาว
๒. ทำจากวัสดุโลหะ อลูมิเนียม หรือสแตนเลส
๓. พับเก็บได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 ๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
 ๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 ๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ
-

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๕. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ไม้ค้ำยันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้น
๒. ส่วนค้ำยันทำจากไม้
๓. มีมือจับอยู่ระหว่างกลาง
๔. มีลูกยางกันลื่น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 ๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
 ๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 ๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ
-

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
๖. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการ โดยรถนั่งคนพิการที่ได้ต้องปรับให้เหมาะสมกับความพิการนั้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ
๒. มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียม อลลอยด์หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบหรือพ่นสี
๓. สามารถพับเก็บได้
๔. สามารถปรับส่วนต่างๆให้เข้ากับขนาดร่างกายของผู้ใช้งานได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งค่าบริการซ่อมบำรุงพื้นฐานและวัสดุตามระยะเวลารับประกัน) นับจากวันส่งมอบ
๕. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๗. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ
๒. มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียม อัลลอยด์หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบหรือพ่นสี
๓. สามารถพับเก็บได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งค่าบริการซ่อมบำรุงพื้นฐานและวัสดุตามระยะเวลารับประกัน) นับจากวันส่งมอบ
๕. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๘. เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการที่ต้องนั่งรถนั่งคนพิการแต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า polyurethane foam, gel cushion, water cushion, หรือชนิด air cushion ที่มีลักษณะนุ่ม สามารถกระจายน้ำหนัก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
๙. รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการที่ทรงตัวในท่านั่งได้ดี แขน ๒ ข้างปกติ และสามารถออกนอกบ้านเพื่อการเข้าสู่สังคมหรือประกอบอาชีพหลัก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ในระยะไกล
๒. โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กชุบสี หรือโลหะอื่นที่มีความแข็งแรงมั่นคง
๓. ขับเคลื่อนโดยการควบคุมก้านโยก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งค่าบริการซ่อมบำรุงพื้นฐานและวัสดุตามระยะเวลารับประกัน) นับจากวันส่งมอบ
๕. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๐. แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคนพิการระดับรุนแรง หรือนอนติดเตียงไม่สามารถพลิกตัวเพื่อเปลี่ยนท่านอนเองได้ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแผ่นสำหรับรองบนที่นอน
๒. ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า polyurethane foam, gel, water, air
๓. สามารถกระจายแรงกดทับได้ดี
๔. สามารถรองรับร่างกายผู้ใช้งานได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ

๕. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

๖. ครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น CE (MDR ๒๐๑๗/๗๔๕), GMPMD (ISO ๑๓๔๘๕), UL (IEC ๖๐๖๐๑-๑), มอก.๒๖๒๙ เป็นต้น หากครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงใบรับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๑. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ สามารถนำไปใช้นอนพักฟื้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณลักษณะเฉพาะ

ให้หน่วยงานที่จัดทำโครงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ฯ จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของรายการนี้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ
๕. ผู้เสนอวัสดุหรือครุภัณฑ์ต้องรับรองว่ามีอะไหล่สำรองภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ใน ระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้ง ใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๒. เตียงเพาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เตียงเพาว์เลอร์ สามารถนำไปใช้นอนพักฟื้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
๒. ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
๓. พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย
๔. สามารถปรับระดับเตียงได้ ๓ ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า
๕. มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
๖. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐x๒๐๐x๔๕ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ

๕. ผู้เสนอวัสดุหรือครุภัณฑ์ต้องรับรองว่ามีอะไหล่สำรองภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๖. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

๗. ครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น CE (MDR ๒๐๑๗/๗๔๕), GMPMD (ISO ๑๓๔๘๕), UL (IEC ๖๐๖๐๑-๑), มอก.๒๖๒๙ เป็นต้น หากครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงใบรับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๓. เครื่องดูดเสมหะ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้ญาติ ครอบครัว หรือผู้ดูแล ของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดเสมหะ สามารถนำไปใช้ดูดเพื่อระบายเสมหะ ในระหว่างพักฟื้น หรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
๒. ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘ ปอนด์ หรือไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
๓. Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
๔. มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐-๐.๘ บาร์หรือไม่น้อยกว่า ๐-๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
๕. มีขดบรรจุเสมหะ
๖. มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ
๕. ผู้เสนอวัสดุหรือครุภัณฑ์ต้องรับรองว่ามีอะไหล่สำรองภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ
๗. ครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น CE (MDR ๒๐๑๗/๗๔๕), GMPMD (ISO ๑๓๔๘๕), UL (IEC ๖๐๖๐๑-๑), มอก.๒๖๒๙ เป็นต้น หากครุภัณฑ์ที่เสนอสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงใบรับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๔. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ สามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณลักษณะเฉพาะ

ให้หน่วยงานที่จัดทำโครงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ฯ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการนี้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ
๕. ผู้เสนอวัสดุหรือครุภัณฑ์ต้องรับรองว่ามีอะไหล่สำรองภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ
๗. ครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น CE (MDR ๒๐๑๗/๗๔๕), GMPMD (ISO ๑๓๔๘๕), UL (IEC ๖๐๖๐๑-๑), มอก.๒๖๒๙ เป็นต้น หากครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงใบรับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๕. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ สามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณลักษณะเฉพาะ

ให้หน่วยงานที่จัดทำโครงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ฯ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการนี้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมประกอบหรือติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบ

๕. ผู้เสนอวัสดุหรือครุภัณฑ์ต้องรับรองว่ามีอะไหล่สำรองภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๖. ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดปัญหาในระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาติดตั้งใช้งานทดแทน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

๗. ครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น CE (MDR ๒๐๑๗/๗๔๕), GMPMD (ISO ๑๓๔๘๕), UL (IEC ๖๐๖๐๑-๑), มอก.๒๖๒๙ เป็นต้น หากครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงใบรับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย